

Etken	Kopya Sayısı/ $\mu$ L	FAM Cq (N&Orf1ab)	HEX Cq (IC)
<i>Coronavirus Sars-Cov2</i>	10 <sup>3</sup>	27,25	28,7
<i>Coronavirus NL63</i>	10 <sup>6</sup>	-	32,68
<i>Coronavirua OC43</i>	10 <sup>8</sup>	-	36,42
<i>Coronavirus HKU1</i>	10 <sup>6</sup>	-	32,16
<i>Coronavirus 229E</i>	10 <sup>7</sup>	-	35,54
<i>MERS-?</i>	10 <sup>7</sup>	-	34,98
<i>Human Parainfluenza 1</i>	10 <sup>8</sup>	-	36,24
<i>Human Parainfluenza 2</i>	10 <sup>8</sup>	-	35,48
<i>Human Parainfluenza 3</i>	10 <sup>8</sup>	-	35,72
<i>Human Parainfluenza 4</i>	10 <sup>8</sup>	-	36,21
<i>İnfluenza A (H1)</i>	10 <sup>8</sup>	-	34,96
<i>İnfluenza A (H3)</i>	10 <sup>8</sup>	-	33,63
<i>İnfluenza B</i>	10 <sup>8</sup>	-	34,12
<i>Respiratory syncytial virus (RSV) A</i>	10 <sup>8</sup>	-	35,2
<i>Bocavirus (BoV)</i>	10 <sup>8</sup>	-	34,89
<i>Human Metapneumovirus (HMPV)</i>	10 <sup>8</sup>	-	35,19
<i>Human Rhinovirüs</i>	10 <sup>8</sup>	-	33,65
<i>Adenovirus</i>	10 <sup>9</sup>	-	36,43
<i>Parechovirus</i>	10 <sup>8</sup>	-	32,58
<i>Enterovirus</i>	10 <sup>7</sup>	-	33,16
<i>Hemofilus influenza</i>	10 <sup>6</sup>	-	29,32
<i>Bordetella pertussis</i>	?	-	29,43
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	?	-	27,76

\*Dışlayıcılık testlerinde kullanılan viral ve bakteriyel etkenler hücre kültüründen elde edilmiştir. Deneysel dışlayıcılık testleri sonucunda **Covidigen Multiplex** kitinin diğer solunum yolu patojenleri ile çapraz reaksiyon vermediği görülmüştür.